

リニューアルシステム(ハンディナース対応)

個別線式ナースコール

共通線式ナースコール

NBM-HP



NBM,NBM-A,NAE-Aから
リニューアルの場合

一部配線と機器の
追加が必要です

NBM-Bから
リニューアルの場合

病室内
工事不要

●ルーム単位通話

428 ページ

NBE-J



NBM,NBM-A,NAE-Aから
リニューアルの場合

一部配線と機器の
追加が必要です

NBM-B,NAE-Bから
リニューアルの場合

病室内
工事不要

●ルーム単位通話

432 ページ

NBE-SJ




病室内
工事不要

●ルーム単位通話
●呼出表示はベッド単位

430 ページ

NBE



病室内
工事不要

●ベッド単位通話

428 ページ

NFX



病室内
配線工事不要

●ルーム単位通話
●ベッド単位通話

394 ページ

※聴取機能はなくなります。