


NCX、NEX、UAXから ハンディナース対応  
同時通話ナースコール NFX への  
リニューアルの場合

全ての機器を  
取り替えます。




ルーム内は  
2線式だから  
省施工!

《例:NCXをNFXにリニューアル》




交換・新設


交換・新設




1 新システムの接続工事を廊下部分まで進めておきます。




2 システム上一番遠いトイレ部分の工事をします。  
この時から工事終了までは、2種類のシステムが稼動する状態になります。



3 病室2の工事を行います。(2システム稼動状態)



4 病室1の工事が終わると、完全に新しいシステムに切り替わります。



### 病室工事 Q&A

- Q. 工事の期間はどれくらい?  
A. あらかじめ工程表を提出し、患者さんの予定を考慮して打ち合わせの上、工事期間を決定します。
- Q. ベッドの移動は必要か?  
A. 作業スペース確保のため、約1m程ベッドを移動させていただきます。また、工事中はなるべく騒音を出さないように配慮します。
- Q. 配線の見栄えは?  
A. モールを使って配線するため見栄え良く仕上がります。