機器一覧

ハンディナース主装置

主装置＼選択項目		ナースコール制御装置との接続方式	最大接続台数※1 ハンディナース	最大接続台数※1 制御装置・親機	最大接続台数※1 基地局	外線接続	
デジタル接続小規模用	ハンディナース主装置 AKH-M 受30日 ➔P.488 参照	デジタル接続	32台	Vi-nurse（制御装置）1～6台 または NFXシステム（制御装置）1～6台	16台	○	
デジタル接続中・大規模用	ハンディナース主装置 AKH-L 受30日 AKH-2L 受40日 AKH-3L 受40日 ➔P.490 参照	デジタル接続	120台	Vi-nurse（制御装置）1～24台 または NFXシステム（制御装置）1～24台	96台	○	

※1　パッケージの組合せによって最大接続台数が異なります。詳しくは、各主装置のページで確認してください。
※2　施設専用線、外線を接続する場合は、制御装置と基地局の接続台数が少なくなります。

弊社ナースコールシステムと他社製PBXが連動できます。 ➔P.492 参照

●接続可能メーカー

沖電気工業（株）	日本電気（株）	サクサ（株）
（株）日立情報通信エンジニアリング	富士通（株）	東日本電信電話（株）
NECプラットフォームズ（株）	岩崎通信機（株）	西日本電信電話（株）
パナソニックシステムネットワークス（株）	（株）ナカヨ	