








リニューアルシステム (ハンディナース対応)

個別線式ナースコール	NBM-HP		<p>NBM,NBM-A,NAE-A からリニューアルの場合</p> <p>一部配線と機器の追加が必要です</p> <p>NBM-B からリニューアルの場合</p> <p>病室内 工事不要</p> <p>●ルーム単位通話</p>	462 ページ
	NBE-J		<p>NBM,NBM-A,NAE-A からリニューアルの場合</p> <p>一部配線と機器の追加が必要です</p> <p>NBM-B,NAE-B からリニューアルの場合</p> <p>病室内 工事不要</p> <p>●ルーム単位通話</p>	466 ページ
	NBE-SJ		<p>病室内 工事不要</p> <p>●ルーム単位通話 ●呼出表示はベッド単位</p>	464 ページ
	NBE		<p>病室内 工事不要</p> <p>●ベッド単位通話</p>	462 ページ
	NFX		<p>病室内 配線工事不要</p> <p>●ルーム単位通話 ●ベッド単位通話</p>	430 ページ
共通線式ナースコール	NFX		<p>病室内 配線工事不要</p> <p>●ルーム単位通話 ●ベッド単位通話</p>	430 ページ
対応ナースコール	Vi-nurse		<p>病室内 配線工事不要</p> <p>●ルーム単位通話 ●ベッド単位通話</p> <p>※幹線 (IP ネットワーク) の新規敷設が必要</p>	336 ページ

※聴取機能はなくなります。