リニューアル例

リニューアルする際、下記の工事が必要になります。

NBM、NAE-A、NBM-Aから ハンディナース対応同時通話ナースコール NBM-HP / NBE-J / NBE-SJ / NBE へのリニューアルの場合

配線の追加と一部の機器を取り替えます。

《例:NBM-AをNBM-HPにリニューアル》



NBM-B、NAE-B、NAE-B-SJ、NBXから ハンディナース対応同時通話ナースコール NBM-HP / NBE-J / NBE-SJ / NBE へのリニューアルの場合

病室内工事不要

患者さんに迷惑をかけません。
配線及びナースコールはそのままご使用いただけます。
※配線の劣化等により一部工事が必要な場合があります。

《例:NAE-BをNBE-Jにリニューアル》